Panasonic®

取扱説明書

保管用
よくお読みください

電動ケアベッド用 延長脚座

■ ベッドフレームの高さを上げたい場合に使用します。

品番 PN-S105037



梱包内容



● 延長脚座
4個

ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、電動ケアベッド用延長脚座をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」（2 ページ）を必ずお読みください。

■ 安全上のご注意 ■ 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警 告	「死亡や重症などを負うおそれがある内容」です。
⚠ 注 意	「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 （次は図記号の例です）

🛇 してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁 止 ■火気に近づけない。 変形・変質・発火するおそれがあります。	禁 止 ■弊社指定の適合品以外で使用しない。 おもわぬ事故やけがの原因となります。
禁 止 ■お客様による修理・分解・改造はしない。 おもわぬ事故やけがの原因となります。	必ず守る ■延長脚座が正しく取り付けられていることを確認する。 正しく設置できていないと不安定な状態となり、おもわぬ事故やけがの原因となります。
必ず守る ■脚座と床の間に、指をはさまないように注意する。 守らないと、けがの原因となります。	

■ 取り付けかた ■

① ベッドフレームを持ち上げ、延長脚座をはめる。
（脚座側の爪差し込み部と、延長脚座側の爪部をはめる。）



② 延長脚座が正しく取り付けられていることを確認する。





警告

■脚座と床の間に、指をはさまないように注意する。

守らないと、けがの原因となります。

■延長脚座が正しく取り付けられていることを確認する。

正しく設置できていないと不安定な状態となり、おもわぬ事故やけがの原因となります。

■ 仕様 ■

製　品　名	電動ケアベッド用延長脚座
製品品番	PN-S105037
製品質量	1 個あたり 約 70g
サ　イ　ズ	約 13×6×4cm
材　　質	ポリプロピレン

■ お手入れ方法 ■

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後、
洗剤が残らないよう水洗いし、乾いた布で水分をふきとってください。

注意

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
本社　〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048　代表　TEL06(6908)8122
©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012